



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

UJI STERILITAS BARANG STERIL

Nomor Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.I/
2322/2018

No. Revisi :

01

Halaman :

1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit

28 Maret 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Uji mutu barang steril adalah pengujian terhadap barang steril dengan cara uji mikrobiologi.

TUJUAN

Membuktikan bahwa instrumen reusable steril yang didistribusikan mutunya terjamin.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Memeriksa secara visual bentuk dan keadaan fisik barang steril sebelum disimpan pada rak (lembab, kering, robek, indicator tidak berubah warna).
2. Mengambil sample dari setiap barang steril, dan mengirimkan sample tersebut pada bagian mikrobiologi untuk diuji.
3. Menerima hasil uji mikrobiologi, mencatat/ mendokumentasikan hasil uji mikrobiologi.

UNIT TERKAIT

1. Unit Patologi klinik.
2. Sterilisasi Sentral.

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir pengiriman.
2. Laporan hasil pemeriksaan.