

	PEMERIKSAAN GLOBULIN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/5519/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Juni 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Pemeriksaan kadar globulin pada serum atau plasma secara kuantitaif menggunakan perhitungan dengan rumus		
TUJUAN	1. Memberikan petunjuk kepada Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) mengenai pemeriksaan kuantitatif globulin menggunakan alat Cobas c501. 2. Menjamin pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai prosedur.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Metode Rumus B. Prinsip Perhitungan dengan rumus : Globulin = Protein Total - Albumin C. Spesimen Tidak memerlukan spesimen (karena menggunakan perhitungan dengan rumus) D. Reagen Tidak memerlukan reagen (karena menggunakan perhitungan dengan rumus) E. Kontrol Tidak memerlukan kontrol (karena menggunakan perhitungan dengan rumus) F. Kalibrator Tidak memerlukan kalibrator (karena menggunakan perhitungan dengan rumus) G. Alat Menggunakan komputer H. Langkah Kerja Sistem di komputer akan melakukan perhitungan secara otomatis I. Spesifikasi 1. Linearitas : Tidak Ada 2. Presisi : Tidak Ada 3. Akurasi : Tidak Ada 4. Batas Deteksi : Tidak Ada 5. Kebenaran Pengukuran : Tidak Ada 6. Sensitivitas dan Spesifitas : Tidak Ada		

PEMERIKSAAN GLOBULIN

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/5519/2024

No. Revisi :
01

Halaman :
2/3


PROSEDUR

- J. Interpretasi Hasil
Hasil pemeriksaan spesimen secara otomatis tercatat di komputer melalui *Laboratory Information System* (LIS)
- K. Kalkulasi dan Perhitungan
Tidak Ada
- L. Nilai Acuan Biologis
Tidak Ada
- M. Nilai Kritis
Tidak Ada
- N. Interferensi dan Reaksi Silang
Tidak Ada
- O. Sumber Potensial dari Variabilitas
Tidak ada

UNIT TERKAIT

- 1. Instalasi Rawat Inap
- 2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
- 3. Instalasi Gawat Darurat
- 4. Instalasi Rawat Intensif
- 5. Instalasi Bedah Sentral

ALUR PEMERIKSAAN GLOBULIN





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”

No. Dokumen

Tanggal Efektif

Halaman

: OT.02.02/D.XXIII/5519/2024

: 12 Juni 2024

: 3 (tiga) halaman

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Tanggal : 20 Februari 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/ XXXIX.1/3319/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan: HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.3)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur, revisi unit kerja