

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :	
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Yoan <i>HL</i>	
Diperiksa oleh : Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga <i>HL</i>	Dikirim :
Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: <i>HL</i>	Sifat Surat :

Nomor : 107- Jakarta, Februari 2024

<u>Terlebih Dahulu :</u>	MEMBACA
1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND	<i>HL</i>
2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan	<i>HL</i>
3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian	<i>HL</i>

Ditetapkan :
Direktur Utama,

HL
dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP 197210072001122005

Lampiran :
Hal : - SPO Asistensi Pemeriksaan Blink Refleks

	ASISTENSI PEMERIKSAAN BLINK REFLEKS		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/107/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 04/01/2024	Ditetapkan : Direktur Utama   dr. Adin Nulkhasanah,Sp.S,MARS	
PENGERTIAN	Asistensi pemeriksaan <i>Blink Refleks</i> adalah kegiatan mendampingi dan membantu untuk menilai adanya lesi di saraf kranial <i>facialis</i> atau di batang otak.		
TUJUAN	1. Untuk membantu mempersiapkan alat, pasien dan lingkungan 2. Untuk membantu dalam pemeriksaan <i>Blink Refleks</i> 3. Untuk mendapatkan hasil yang optimal		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Alat <i>Electromyography</i> (EMG) dan perangkat komputer 2. Elektroda 3. Meteran 4. <i>Skin Preparation Gel</i> 5. <i>Ultrasound Gel</i> 6. Pasta elektroda 7. Kapas alkohol 8. Alat <i>Stim</i> 9. Tisu basah/ <i>washlap</i> B. Persiapan 1. Hidupkan komputer dan alat pemeriksaan 2. Identifikasi pasien, kaji pasien dan jelaskan prosedur 3. Masukkan identitas pasien pada alat C. Pelaksanaan 1. Cuci tangan 2. Atur posisi pasien 3. Anjurkan pasien untuk rileks selama pemeriksaan 4. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman 5. Siapkan aplikasi pada menu <i>Blink refleks</i> , pilih menu " <i>cc stim</i> ", lalu pilih otot saraf <i>orbicularis occuli</i> 6. Bersihkan daerah wajah pasien dengan tisu basah/ <i>washlap</i> 7. Bantu pemasangan elektroda, untuk elektroda aktif di tempelkan pada kelopak mata bawah dan untuk elektroda <i>reference</i> tempelkan pada sudut mata. (<i>channel</i> satu untuk mata kiri, <i>channel</i> dua untuk mata kanan) 8. Bantu Pengambilan gambar dengan menekan tombol " <i>stim</i> " pada mesin sesuai dengan intensitas dan durasi yang diinginkan dokter selama pemeriksaan berlangsung 9. Bila pasien membutuhkan pemeriksaan menggunakan jarum, bantu siapkan jarum <i>Electromyography</i> (EMG) 10. Pilih otot saraf frontalis pada menu <i>Electromyography</i> (EMG) 11. Fiksasi daerah bekas tusukan jarum dan pastikan tidak ada perdarahan 12. Bersihkan elektroda yang menempel pada pasien		

	ASISTENSI PEMERIKSAAN BLINK REFLEKS		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/107/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
PROSEDUR	13. Rapikan alat dan tempat pemeriksaan 14. Cuci tangan 15. Siapkan untuk pengetikan hasil ekspertisi 16. Print hasil ekspertise pemeriksaan 17. Menyiapkan hasil pemeriksaan 18. Evaluasi dan dokumentasi Hal yang perlu diperhatikan : 1. Pastikan kulit bebas dari gel dan sudah tidak ada yang menempel saat selesai pemeriksaan 2. Pastikan pasien kooperatif karena ketaatan pasien mengikuti perintah selama prosedur mempengaruhi hasil pemeriksaan Dokumentasi Mengisi hasil pemeriksaan di formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) yang terdapat pada Sistem <i>Electronic Health Record</i> (EHR) Atur posisi pasien ↓ Bersihkan area wajah pasien ↓ Pasang elektroda ↓ Bantu pengambilan gambar ↓ Siapkan jarum EMG jika pemeriksaan membutuhkan jarum ↓ Pilih otot saraf frontalis pada menu <i>Electromyography</i> (EMG) ↓ Fiksasi area bekas penusukan jarum		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif		