

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME)		
	No. Dokumen : <i>OT-02-02/KXK-1/259/2018</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit : <i>9 April 2018</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah program pengujian pemeriksaan di Laboratorium untuk mengetahui kualitas laboratorium dibandingkan dengan Laboratorium lain di luar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
TUJUAN	Harmonisasi kualitas laboratorium melalui PME sehingga mutu laboratorium baik		
KEBIJAKAN	- SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium - SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.04/II/0509/2014 tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium		
PROSEDUR	1. Penanggung Jawab Laboratorium/analisis terkait menerima bahan kontrol dari pihak penyelenggara dan memeriksa kelayakan bahan kontrol tersebut dan mengkoordinasikan dengan petugas teknis terkait. 2. Petugas teknis terkait membaca tata cara pemeriksaan uji terhadap bahan kontrol. 3. Petugas teknis menyimpan bahan kontrol sesuai instruksi sebelum waktu pengerjaan yang ditentukan. 4. Pada waktu yang telah ditentukan, petugas teknis tersebut mengerjakan bahan kontrol tersebut sesuai instruksi. 5. Penanggung Jawab Laboratorium/analisis menulis hasil pemeriksaan pada formulir yang telah disediakan dan melaporkan kepada Kepala Laboratorium. 6. Penanggung Jawab Laboratorium/analisis mengirimkan formulir hasil ke pihak penyelenggara setelah dibuat salinannya sebagai arsip. 7. Penanggung Jawab Laboratorium/analisis mengevaluasi dan menyimpan hasil PME tersebut sebagai arsip dengan nilai terlampir.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium		