



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

KALIBRASI ALAT

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX.1/
6504 /2018

No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

SPO

Tanggal Terbit :
4 September 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mengacu pada standar nasional

TUJUAN

Untuk mendapatkan alat ukur yang sesuai dengan standar

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX/5274/2018 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Kalibrasi alat yang akan dilakukan di instalasi gizi meliputi kalibrasi timbangan penerimaan dan alat pengukur suhu pada chiller, freezer dan cold room
2. Petugas Instalasi gizi membuat usulan alat yang akan dilakukan kalibrasi. Usulan ditujukan kepada Direktur Pelayanan dan Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit sebagai tembusan
3. Petugas Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit melakukan koordinasi dengan petugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)
4. Petugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) melakukan kalibrasi alat sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Kalibrasi Alat di instalasi gizi dilakukan setiap 6 bulan sekali

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gizi
2. Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit
3. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan