


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSEDUR EVALUASI DOSIS RADIASI MAKSIMUM PEMERIKSAAN CT SCAN KEPALA		
	Nomor Dokumen : OT.02-02/XXXX.1/ 5011/2018	No. Revisi : 00	Halaman : 1
SPO	Tanggal Terbit : 11 Juli 2018	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur evaluasi protokol dosis radiasi maksimum pada pemeriksaan CT Scan		
TUJUAN	Menjadi pedoman atau guide untuk mengurangi atau menurunkan dosis radiasi maksimum pada pemeriksaan CT Scan		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.		
PROSEDUR	1. Setiap pemeriksaan radiologi didokumentasikan nilai terimaan dosis radiasi yang diterima oleh pasien 2. Nilai dosis yang didokumentasi adalah nilai CTDIvol 3. Nilai CTDIvol dapat dilihat di PACS atau <i>monitor console</i> 4. Batas ambang dosis pada organ mata adalah 500 mGy berdasarkan ICRP 2013 (<i>International Commision Radiology Protection</i>) 5. Apabila jumlah nilai CTDI seluruh pemeriksaan kepala pada seorang pasien telah mencapai 450 mGy, maka diberikan penjelasan oleh dokter radiologi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rekam Medis		