

	PEMELIHARAAN <i>HOT AIR OVEN</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7823/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \${ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk pemeliharaan <i>Hot Air Oven</i> untuk Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK), sehingga dapat digunakan dengan optimal. <i>Hot Air Oven</i> adalah alat pemanas yang digunakan untuk mengeringkan dan sterilisasi kering.		
TUJUAN	Memberikan petunjuk bagi PLK dalam pemeliharaan <i>Hot Air Oven</i>		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	- Memastikan <i>Hot Air Oven</i> dalam keadaan mati. - Membersihkan bagian dalam rak dengan kapas yang dibasahi cairan desinfektan - Melakukan kalibrasi berkala setahun sekali		
UNIT TERKAIT	- Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) - IPSRS (Teknisi Listrik) - Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat dan BPFK)		

	PEMELIHARAAN <i>HOT AIR OVEN</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7823/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
ALUR PEMELIHARAAN <i>HOT AIR OVEN</i> PLK Memastikan <i>Hot Air Oven</i> dalam keadaan mati ↓ PLK Membersihkan bagian dalam rak dengan kapas yang dibasahi cairan desinfektan ↓ PLK Melakukan kalibrasi berkala setahun sekali			


	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7823/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Juli 2024 ☐ Penambahan Dokumen
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA ☒ Perubahan Dokumen
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.I/3195/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur, revisi unit terkait